

НП ООО «МЦ-БАГОРИЯ»
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Франциска Скорины, 51
Тел. (+375-17)-285-96-47, факс (+375-17)-285-96-48
E-mail: mc-bagoria@nsys.by

УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ
МФУИ.494540.006 ПС
ПАСПОРТ



30-11

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства отборные предназначены для охлаждения измеряемой среды, поступающей в рабочие полости манометрических приборов, а также для их присоединения к технологическим сетям с измеряемой средой.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Устройства отборные изготавливаются для присоединения манометрических приборов к технологическим сетям с условным рабочим давлением среды P_r до 2,5 МПа и температурой до 200 °С.

2.2 Рабочая среда:

- масло, вода, воздух и нейтральные газы;
- агрессивные среды, не приводящие к разрушению стали марки 12Х18Н10Т – для устройств отборных из нержавеющей стали.

2.3 По форме устройства отборные изготавливаются следующих исполнений:

- П – прямое с петлей или без петли;
- У – угловое с петлей или без петли.

2.4 Устройства отборные изготавливаются:

- с внутренней метрической резьбой М20х1,5–7Н;
- с наружной метрической резьбой М20х1,5–8g;
- с внутренней трубной резьбой G1/2 – А;
- с наружной трубной резьбой G1/2 – А.

2.6 Наружная поверхность устройств отборных должна иметь защитное антикоррозионное покрытие, за исключением устройств отборных, изготовленных из нержавеющей стали.

2.7 Полный срок службы устройств отборных:

- не менее 3 лет для устройств отборных, изготовленных из стали 20;
- не менее 5 лет для устройств отборных, изготовленных из нержавеющей стали.

2.8 Масса устройств отборных не более 0,7 кг.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Присоединение к трубопроводу должно осуществляться методом сварки по ГОСТ 16037 - для устройств отборных из стали 20, или по ГОСТ 14771 - для устройств отборных из нержавеющей стали.

3.2 Эксплуатация устройств отборных должна производиться в соответствии с п.п.2.1, 2.2 настоящего паспорта.

3.3 Основным источником опасности при монтаже и эксплуатации устройств отборных является среда, находящаяся под давлением. Устранение дефектов, монтаж и демонтаж устройств отборных должны производиться только при полном отсутствии давления в магистрали.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 В комплект поставки устройств отборных должны входить:

- устройство отборное – 1 шт.;

- ниппель двойной для устройств отборных с внутренней резьбой – 1 шт. (по требованию заказчика);

- паспорт МФУИ.494540.006 ПС – 1 экз.;

- упаковка (полиэтиленовый пакет) – 1 шт.;

- групповая упаковка при отгрузке устройств отборных партией не менее 50 шт. – 1 шт.

Допускается поставка паспорта в количестве 1 экземпляра на одну партию, поставляемую в один адрес по одному товарно-сопроводительному документу.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство отборное соответствует требованиям ТУ ВУ 101472320.006-2006 и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления 25.10.2016 г. 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройств отборных требованиям ТУ ВУ 101472320.006-2006 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода устройства отборного в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения – 24 месяца с момента изготовления.

6.4 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Франциска Скорины, 51,
тел. (+375 17) 285-96-47, факс (+375 17) 285-96-48
E-mail: mc-bagoria@nsys.by